



INSTITUT ZA JAVNO ZDRAVLJE SRBIJE  
„Dr Milan Jovanović-Batut”  
Dr Subotića 5, 11000 Beograd, Srbija  
<http://www.batut.org.rs>

Telefon centrala: 011-2684-566  
Broj računa: 840-624661-88

Faks: 011-2685-735  
Matični broj: 07036027

Elektronska pošta: [info@batut.org.rs](mailto:info@batut.org.rs)  
PIB: 102000930

U skladu sa čl.63 stav 2. Zakona o javnim nabavkama, na pitanja ponuđača vezano za pojašnjenje konkursne dokumentacije, Komisija za javnu nabavku medicinskih uređaja (opreme) u otvorenom postupku JN 2/14, dala je sledeće odgovore:

1) PARTIJA 4 – ELISA ispirać

Op. 3378/1  
05 MAY 2014

**Pitanje 1:**

Zamolili bismo vas da definišete traženu funkciju „automatskog prilagođavanja prepoznavanja delimično popunjene mikrotitracione ploče“. Naime, šta je potrebno da aparat uradi u slučaju delimično popunjene ploče? Da li se u ovom slučaju misli na ploču sa manje od 12 celih stripova (najčešći slučaj) ili ploču u kojoj neki od stripova sadrži manje od 8 čašica?

**Odgovor:**

Tražena funkcija omogućava da korisnik ispiraća automatski prilagodi prepoznavanje delimično popunjene ploče kako aparat ne bi prelivao tečnost preko ležišta mikrotitracione ploče kada se ispira manji broj stripova. Aparat mora da bude programiran da ne vrši proces ispiranja „na prazno“, bez prisustva stripova. Zahtev se odnosi na ploču sa manje od 12 stripova. Pod stripovm podrazumevamo vertikalni strip sa 8 mesta (bunarčića).

**Pitanje 2:**

Da li je umesto ležišta od nerđajućeg čelika moguće ponuditi aparat čije je ležište izrađeno i od posebne vrste plastike otporne na uticaj abrazivnih hemijskih sredstava (otpornija od nerđajućeg čelika)?

**Odgovor:**

Ne, nije prihvatljivo ležište od plastike.

KOMISIJA ZA JAVNU NABAVKU  
JN 2/14



Dr Slavica Dacić, zamenik predsednika