



INSTITUT ZA JAVNO ZDRAVLJE SRBIJE  
„Dr Milan Jovanović Batut”  
Dr Subotića 5, 11000 Beograd, Srbija  
<http://www.batut.org.rs>

Telefon centrala: 2684-566  
[info@batut.org.rs](mailto:info@batut.org.rs)

Faks: 2685-735

Elektronska pošta:

06 NOV 2014

06-8258/1

U skladu sa čl.63 stav 2. Zakona o javnim nabavkama, na pitanja ponuđača vezano za pojašnjenje konkursne dokumentacije, Komisija za javnu nabavku filtera, filter papira i indikatora na godišnjem nivou u postupku JNMV 20/2014, dala je sledeće odgovore:

**Pitanje 1:**

- Molila bih vas da mi odgovorite da li ste pod stavkom 3, partija 2 – Filter za membransku filtraciju, sterilni – Ø47mm, prečnik pora 0,8µm (za dozer), mislili na crne ili bele filtere? Obzirom da se 0,8µm filteri koriste za analizu kvasnica i plesni, veliki broj laboratorija se opredeljuje za crne obojene filtere radi lakše dijagnostike. Kako u vašoj konkursnoj dokumentaciji ne stoji jasna odrednica po ovom pitanju, budite ljubazni pa nam odgovorite.

**Odgovor 1:**

- Pod stavkom 3, partija 2 naručilac je mislio na bele filter papire.

**Pitanje 2:**

- Ovom prilikom vam se obraćamo za pojašnjenje tenderske dokumentacije JNMV 20/2014 – Laboratorijski materijal (filteri, filter papir, indikatori) na godišnjem nivou. U partiji 2: Filteri za membransku filtraciju, stavka 1. Filter papir za membransku filtraciju, sterilni, Ø47mm/0,45µm koji vam je potreban za dozer niste napisali od kog materijala je filter i koji dozer imate u laboratoriji, jer filteri svih proizvođača ne odgovaraju svim dozerima? Molimo da date odgovore na navedena pitanja.

**Odgovor 2:**

- Filter papir za membransku filtraciju, sterilni, Ø47mm/0,45µm naručiocu je potreban za dozer Millipore, a materijal je C/N – celulozno nitratni.

**Pitanje 3:**

- U partiji 1, za stavku 2 zahtevano je, filter papir No1 47x56, a kao tehničke karakteristike dato je da je potrebno ponuditi papir za hromatografiju. Obzirom da je papir Ch1 proizvođača Whatman dimenzija 46x57, da li je potrebno ponuditi pomenuti filter papir za hromatografiju Ch1 ili filter papir Whatman No1 čije se dimenzije poklapaju sa traženim?

**Odgovor 3:**

- Naručilac zahteva Whatman 1 ili odgovarajući, papir za hromatografiju, i to mu je glavna karakteristika, a dimenzije jednog lista papira su 46x57cm, ali one nisu toliko bitne jer se on kasnije seče po potrebi.

**Pitanje 4:**

- U partiji 1, za stavku 4 zahtevano je ponuditi količinu od 140 tabaka. Da li je došlo do greške u jedinici mere ili je potrebno ponuditi 140 tabaka, odnosno 14000 listova filter papira ili ste mislili na listove filter papira pa je potrebno ponuditi 140 listova?

**Odgovor 4:**

- U partiji 1, za stavku 4, potrebno je 14000 listova kvalitativnog papira.

**Pitanje 5:**

- U partiji 1, za stavku 6 zahtevano je, kvantitativni filter papir, crna traka, ali nije naznačen prečnik filter papira koji je potrebno ponuditi, pa Vas molimo da naglasite prečnik filter papira.

**Odgovor 6:**

- U partiji 1, za stavku 6, kvantitativni filter papir, crna traka, prečnik filter papira koji je potreban naručiocu je 90mm.

**Pitanje 7:**

- U partiji 2, zahtevani su membran filteri, ali nije naglašen material. Da li je odgovarajuće ponuditi celulozno-nitratne membran filtere 0.8 $\mu$ m, I celulozno-acetatne membran filtere 0.2 I 0.45 $\mu$ m? Ukoliko nije, molimo Vas da naglasite material.

**Odgovor 7:**

- U partiji 2, membran filteri, naručiocu su potrebni celulozno-nitratni membran filteri definisanih veličina pora.

**Pitanje 8:**

- U partiji 4, zahtevan je siringe filter, veličina pora 0.2 $\mu$ m. Obzirom da se veličine pora izražavaju u  $\mu$ m, da li je došlo do greške pri navođenju veličine pora, I da li je potrebno ponuditi filter 0.2 $\mu$ m?

**Odgovor 8:**

- Za partiju 4 naručiocu su potrebni Siringe filteri veličine pora 0,20  $\mu$ m.

**Pitanje 9:**

- Partija 1, stavka 1 – da li je u pitanju kvalitativni ili kvantitativni filter papir?

**Odgovor 9:**

- Za partiju 1, stavka 1 u pitanju je kvantitativni filter papir.

**Pitanje 10:**

- Partija 1, stavka 4 – koja je gramaža filter papira?

**Odgovor 10:**

- Za partiju 1, stavka 4 naručiocu je potreban običan rebrasti kvalitativni filter papir.

**Pitanje 11:**

- Partija 1, stavka 6 – koji fi filter papira treba da bude?

**Odgovor 11:**

- U partiji 1, za stavku 6, kvantitativni filter papir, crna traka, prečnik filter papira koji je potreban naručiocu je 90mm.



**Pitanje 12:**

- Partija 2, stavke 1, 2 i 3 – kog materijala treba da bude membrana?

**Odgovor 12:**

- U partiji 2, filteri za membransku filtraciju, naručiocu su potrebni C/N celulozno-nitratni membran filteri definisanih veličina pora.

**Pitanje 13:**

- Za partiju 1: Filter papiri i indikatori – da li ste za stavku 1 tražili 4 komada ili 4 kutije po 100 komada?

**Odgovor 13:**

- Za partiju 1, stavka 1 naručiocu je potrebno 4 kutije po 100 komada.

**Pitanje 14:**

- Koja brzina filtracijena (crna, plava ili bela traka) vam je potrebna za stavku 3?

**Odgovor 14:**

- Za partiju 1, stavka 3 brzina filtracije koja je potrebna naručiocu je - plava traka.

**Pitanje 15:**

- Koji prečnik filtera vam je potreban za stavku 6?

**Odgovor 15:**

- Za partiju 1, stavka 6, kvantitativni filter papir, crna traka, prečnik filter papira koji je potreban naručiocu je 90mm.

**Pitanje 16:**

- Filter papir bela traka Ø70mm, komada 4 – Filter papir ima 100 komada (listova) u jednoj kutiji. Da li ste mislili na 4 kutije od 100 komada?

**Odgovor 16:**

- Naručiocu je potrebno 4 kutije po 100 komada filter papira bela traka Ø70mm.

**Pitanje 17:**

- Filter papir No1 Whatman ili odgovarajući 47x56, komada 100 – Koju gramažu papira tražite i da li 100 komada znači 100 listova. Jedan tabak ima 100 listova. Da li mislite na 100 tabaka ili samo 100 listova?

**Odgovor 17:**

- Naručiocu je potrebno 100 listova papira tj. 1 tabak ukoliko jedan tabak sadrži 100 listova.

**Pitanje 18:**

- Filter papir, kvalitativni – Koju gramažu papira tražite id a li 100 komada znači 100 listova. Jedan tabak ima 100 listova. Da li mislite na 100 tabaka ili samo 100 listova?

**Odgovor 18:**

- Na ovo pitanje je odgovoreno, u prethodnim pitanjima/odgovorima.

**Pitanje 19:**

- Indikatorski univerzalni papirići pH – Jedno pakovanje ima 100 listića. Da li mislite na 10 pakovanja ili 100000 listića?

**Odgovor 19:**

- Naručiocu je potrebno 1000 listića ili 10 pakovanja ako jedno pakovanje sadrži 100 listića.

**Pitanje 20:**

- Kvantitativni filter papir, crna traka – Filter papir ima 100 komada (listova) u jednoj kutiji. Da li ste mislili na 1500 kutija od 100 komada?

**Odgovor 20:**

- Naručiocu je potrebno 1500 kvantitativnih filter papira ili 15 pakovanja ako jedno pakovanje sadrži 100 komada/listova.

**Pitanje 21:**

- Filter stakleni GF/A 8" x 10" – Stakleni filter ima 50 komada u jednoj kutiji. Da li ste mislili na 700 kutija od 50 komada ili 14 kutija?

**Odgovor 21:**

- Naručiocu je potrebno 700 staklenih filtera ili 14 pakovanja ako jedno pakovanje sadrži 50 komada filtera.

**Pitanje 22:**

- Filter stakleni GF/C – Stakleni filter ima 100 komada u jednoj kutiji. Da li ste mislili na 500 kutija od 100 komada ili 5 kutija?

**Odgovor 22:**

- Naručiocu je potrebno 500 staklenih filtera ili 5 pakovanja ako jedno pakovanje sadrži 100 komada filtera.

**Pitanje 23:**

- Partija 1, pozicija 6: Koji diameter crne trake (fi, prečnik)?

**Odgovor 23:**

- U partiji 1, za stavku 6, kvantitativni filter papir, crna traka, prečnik filter papira koji je potreban naručiocu je 90mm.

**Pitanje 24:**

- Partija 2 – Pod pojmom dozer da li se misli na dispenser za membrane koji ih sam otvara?

**Odgovori 24:**

- Dozer je dispenser koji oslobađa membranu iz zaštitnog omotača.

Dana 6.11.2014.g.

KOMISIJA ZA JAVNU NABAVKU 20/2014

Zorica Blagojević, predsednik

