



ИНСТИТУТ ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ СРБИЈЕ
„Др Милан Јовановић Батут”
Др Суботића 5, 11000 Београд
<http://www.batut.org.rs>

Телефон централа: 011-2684- 566
Број рачуна: 840-624661-88

Факс: 011-2685-735
Матични број: 07036027

Електронска пошта: info@batut.org.rs
ПИБ: 102000930

Фр. 2516/1
09 JUN 2016

Сходно члану 63. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“ бр. 124/12, 45/15 и 68/15 у даљем тексту: Закон) достављамо одговоре на постављена питања у поступку јавне набавке мале вредности добара - 7Д/2016 “Набавка медицинског и лабораторијског потрошног материјала, за потребе Центра за хигијену и хуману екологију и Центра за микробиологију, Института за јавно здравље Србије «Др Милан Јовановић Батут».

ПИТАЊЕ 1:

У конкурсној документацији за ЈНМВ добара 7Д/2016 „Набавка медицинског и лабораторијског потрошног материјала“ за партију 17 – Хемијски индикатори за контролу суве стерилизације стоји да се потражује 4000 комада ових индикатора. С обзиром на то да у колони *Технички опис* не постоји објашњење шта наручилац подразумева под овим типом индикатора, молим да се изврши допуна конкурсне документације.

ОДГОВОР 1:

Прихватљиве ће бити све врсте хемијских индикатора за суву стерилизацију, који стандардном процедуром промене боје представљају један од показатеља које користимо за контролу процеса суве стерилизације, који могу наћи примену на стандардној температури суве стерилизације, а у складу са стандардом ISO 11140-1. На основу наведеног немамо захтеве за посебним техничким карактеристикама те исте нису ни наведене конкурсном документацијом.

ПИТАЊЕ 2:

Молимо вас за додатно објашњење везано за јавну набавку мале вредности, ЈНМВ број 7Д/2016, "Набавка медицинског и лабораторијског потрошног материјала“ за потребе Центра за хигијену и хуману екологију и Центра за микробиологију, Института за јавно здравље Србије "Др Милан Јовановић Батут". На стр. 12 и 53, партија 21, под редним бројем 4 и 5 тражи се *Quechers Dispersive SPE Kit* који одговара *Restek* каталожком броју 262217 (гредни број 4) односно 262218 (редни број 5) који се не налазе у *Restek* понуди. Питање: да ли се ради о штампарској грешци – да ли тражени артикли имају каталожки број 26217 (редни број 4) и 26218 (редни број 5)?

ОДГОВОР 2:

У партији 21 под позицијом 4 и 5 одговарајуће је следеће:
- *Quechers Dispersive SPE Kit* који одговара *Restek* каталожком броју 26217 (позиција 4) односно 26218 (позиција 5).

ПИТАЊЕ 3:

У партији 11 захтевате целулозне екстракционе чауре димензија 40x110mm. Обзиром да тражене димензије не проналазимо код различитих произвођача, молимо да размотрите

наведене димензије које предлажемо и обавестите нас да ли су неке од предложених димензија одговарајуће:

Diam. mm	Length mm
19	90
20	80
22	80
25	100
26	60
28	80
30	80
33	80
33	94
33	100
33	118
37	130
43	123
58	170

Уколико ниједна од датих димензија није одговарајућа, молимо вас да наведете каталогски број и произвођача одговарајућих.

ОДГОВОР 3:

Одговарајућа је димензија 33мм x 100мм.

ПИТАЊЕ 4:

Најљубазније бисмо вас замолили да нам појасните следеће у вези ЈН 7Д/2016, партија 7:

Ставка 1. Који је фи и величина пора?

Ставка 2. Која је величина пора?

ОДГОВОР 4:

Партијом 7 под позицијом 1- Стаклени филтер GF/A 8"x10" - одговарајућа је величина пора 1.6 μ m, а под позицијом 2. - Стаклени филтер Ø47мм – одговарајућа величина пора је 0.7 μ m.

