



ИНСТИТУТ ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ СРБИЈЕ

„Др Милан Јовановић Батут“

Др Суботића 5, 11000 Београд

<http://www.batut.org.rs>

Телефон централа: 011-2684-566

Факс: 011-2685-735

Електронска пошта: info@batut.org.rs

Број рачуна: 840-624661-88

Матични број: 07036027

ПИБ: 102000930

Бр. 1317/1-6
6 MAR 2017

Сходно члану 63. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“ бр. 124/12, 45/15 и 68/15 у даљем тексту: Закон) достављамо одговоре на постављена питања у поступку јавне набавке мале вредности добара - 1Д/2017 Медицински и лабораторијски потрошни материјал, на годишњем нивоу, за потребе Наручиоца Института за јавно здравље Србије „Др Милан Јовановић Батут“.

ПИТАЊЕ 1:

Молимо вас да се из Партије 2 и Партије 16 издвоје у посебну партију Трачице за контролу влажне стерилизације и на тај начин омогући учешће већег броја понуђача.

ОДГОВОР 1:

Наручилац остаје у свему захтеваном у конкурсној документацији.

ПИТАЊЕ 2:

У партији 4, ставка 3 тражи се леукопласт фластер ширина 1цм, дужина 5м.

Молим вас да прецизируете да ли се ради о фластеру на папиру, платну....

Такође, уобичајене ширине фластера су 2,5цм, 5цм... па вас молим да проверите да није дошло до грешке у изради конкурсне документације.

ОДГОВОР 2:

Што се тиче Партије 4 ставка 3, ради се о фластеру који је хипоалергијски, транспарентни, полиетиленски фластер на калему. Фластер се користи за фиксирање приликом превијања или вађења крви. Нећемо спорити ни ако је на платну а што се тиче димензија ширина се креће од 1цм и не сме бити мања. Дужина је минимум 5 метара.

ПИТАЊЕ 3:

У партији 4, ставка 4 хидрофилна газа 100цм x 80цм молим вас проверите димензије, уобичајене димензије су 100м x 80цм или 10м x 80цм.

ОДГОВОР 3:

У партији 4, ставка 4 хидрофилна газа, захтеване димензије јесу 100м x 80цм.

ПИТАЊЕ 4:

У партији 23, ставка 2 - Рукавице стерилне прегледне, латекс да ли се мисли на хируршке рукавице од латекса?

ОДГОВОР 4:

У питању су хируршке стерилне рукавице од латекса, са талком.

ПИТАЊЕ 5:

Да ли у партији 2.ст.4. , партији 16.ст.1 и партији 26.ст.1. амупла за биолошку контролу парне стерилизације треба да буде 10*5 или 10*6?

Да ли у партији 26.ст.2 су такође захтеване вредности 10/66 или 10/56?

ОДГОВОР 5:

Везано за Партију 2 ст. 4, Партију 16 ст. 1 и Партију 26 ст. 1, у складу са европском директивом за медицинске уређаје MDD 93/42/ЕС, захтевани степен уништавања патогена одговара парној стерилизацији од 6 log10 редукције.

Такође, у складу са препорукама Светске здравствене организације, односно критеријума IStAATT (*International Society of Analytical Assessment of Treatment Technologies*) успостављеног система класификације за дефинисање мера учинка здравствених технологија за третман отпада, препоручени ниво гарантоване стерилности износи 6 log10 редукције (смањење броја микроорганизама од 99,9999%) или веће.

За партију 26. ст. 2 Тест стрип за суву стерилизацију требало би да садрже *Bacillus atrophaeus* 10⁶ и *Geococcus stearothermophilus* 10⁵.

ПИТАЊЕ 6:

За ставку 2 сте тражили Bag Tips, JUMBO, 19cm. Увидом у каталог произвођача констатовали смо да су JUMBO наставци дужине 24cm. Можете ли нам потврдити да ли је потребно понудити наставке дужине 19cm или 24cm?

ОДГОВОР 6:

Наручиоцу су потребни наставци дужине 19cm.



Комисија за јавну набавку

[Handwritten signature]