



INSTITUT ZA JAVNO ZDRAVLJE SRBIJE
„Dr Milan Jovanović-Batut”
Dr Subotića 5, 11000 Beograd, Srbija
<http://www.batut.org.rs>

Telefon centrala: 011-2684-566
Broj računa: 840-624661-88

Faks: 011-2685-735
Matični broj: 07036027

Elektronska pošta: info@batut.org.rs
PIB: 102000930

U skladu sa čl.63 stav 2. Zakona o javnim nabavkama, na pitanja ponuđača vezano za pojašnjenje konkursne dokumentacije, Komisija za javnu nabavku 42/2013 – nabavka hemikalija, dala je sledeće odgovore:

1) **Partija 2** –hemikalije i rastvarači HPLC,GC,AAS

Pitanje 1:

Stavka 11. - Granule kadmijum 0,3-1,5 mm

Da li je prihvatljivo ponuditi kadmijum granular, $\geq 99\%$, 5-20 mesh proizvođača Sigma Aldrich

Odgovor:

Granule kadmijuma, kadmijum granular, $\geq 99\%$, 5-20 mesh proizvođača Sigma Aldrich nisu odgovarajuće, za potrebe naših ispitivanja potrebne su granule 20-50 mesha koje odgovaraju potrebama metode .

2) **Partija 3** - standardi

Pitanje 1:

Stavka 1 standard za mutnoću (0,02 NTU)

Da li je prihvatljivo ponuditi turbidity 0.5 NTU Calibration Standard ?

Odgovor:

Nije, obzirom da se aparat kalibriše standardom 0,02 NTU. U aparatu se nalaze zatopljene kivete i nemoguće je vršiti razblaženje osnovnog standarda.

Pitanje 2:

Stavke 1,2 i 3 standardi za mutnoću

Da li je odgovarajuće ponuditi kit koji obuhvata tražene koncentracije standarda obzirom da standard 0,02 NTU ne može se odvojeno naručiti ?

Odgovor:

Ponuđač je u obavezi da ponudi pojedinačne cene za stavku 1, 2 i 3 – standardi za mutnoću, a ukoliko njegova ponuda bude izabrana kao najpovoljnija naručilac će prihvatiti isporuku ovih standarda u obliku kita.

Pitanje 3:

Stavka 7 standard za alkaliter (NaHCO_3) 1000mg/L


Da li je prihvatljivo ponuditi standard alkalinity, CaCO_3 1000 mg/L Calibration Standard?

Odgovor:

Da, prihvatljivo je. Biće izmenjena konkursna dokumentacija u delu koji se odnosi na ovu stavku.

Pitanje 4:

Stavka 17. *m*-Phenylenediamine



Da li je prihvatljivo ponuditi m-Phenylenediamine flakes, $\geq 99\%$?

Odgovor:

Da, prihvatljivo je. Biće izmenjena konkursna dokumentacija u delu koji se odnosi na ovu stavku.

Pitanje 5:

Stavka 23. Histamin

Da li prihvatljivo ponuditi Histamine dihydrochloride European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard ?

Odgovor:

Da, prihvatljivo je.

Pitanje 6:

Stavka 32. OPC pesticidni mix 14

Kako bi dostavili odgovarajuću ponudu molim Vas za kataloški broj proizvođača koji ste do sada koristili .

Odgovor:

Naručilac nije u mogućnosti da da kataloški broj, ali daje opis/specifikaciju standarda pesticida potrebnih za rad: Aldrin; 4.4 - DDD; 4.4 - DDE; 2.4 DDT; 4.4 – DDT; Dieldrin; α – Endosulfan; β - Endosulfan; Endrin; α - HCH; β -HCH; γ -HCH; Heptachlor; trans-Heptachlor epoxid; Hexachlorobenzene; Methoxychlor C=10 $\mu\text{g/ml}$ (ng/ μl) svaki u cyclohexane.

Biće izmenjena konkursna dokumentacija u delu koji se odnosi na ovu stavku.

Pitanje 7:

Stavka 33. PCB mix 525,525.1 10ug/mL

Da li je prihvatljivo ponuditi 48246 Supelco EPA 525, 525.1 PCB Mix 500 $\mu\text{g/mL}$ each component in hexane, analytical standard ?

Odgovor:

Ne, previše koncentrovan standard za potrebe analize.

Pitanje 8:

Stavka 34. Denzilhlorid

Da li je odgovarajuće ponuditi BioReagent, suitable for amino acid labeling, powder and chunks, $\geq 99\%$ (HPLC) ili BioReagent, suitable for fluorescence, $\geq 99.0\%$ (HPLC) ?

Odgovor:

Da, odgovarajuće je. Biće izmenjena konkursna dokumentacija u ovom delu.

Pitanje 9:

Stavka 37. St pantotenska kiselina

Da li je prihvatljivo ponuditi D-Pantothenic acid hemicalcium salt?

Odgovor:

Da, prihvatljivo je. Biće izmenjena konkursna dokumentacija u ovom delu.

KOMISIJA ZA JAVNU NABAVKU

JNMV 42/2013



Dragana Radic
Dragana Radic, predsednik