



ИНСТИТУТ ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ СРБИЈЕ

„Др Милан Јовановић Батут“

Др Суботића 5, 11000 Београд

<http://www.batut.org.rs>

Телефон централа: 011-2684- 566
Број рачуна: 840-624661-88

Факс: 011-2685-735
Матични број: 07036027

Електронска пошта: info@batut.org.rs
ПИБ: 102000930

10 JUN 2016

Фп. 25/К/1-1

Сходно члану 63. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“ бр. 124/12, 45/15 и 68/15 у даљем тексту: Закон) достављамо одговоре на постављена питања у поступку јавне набавке мале вредности добра - 7Д/2016 „Набавка медицинског и лабораторијског потрошног материјала, за потребе Центра за хигијену и хуману екологију и Центра за микробиологију, Института за јавно здравље Србије «Др Милан Јовановић Батут».

ПИТАЊЕ 1:

Партија 6 – Целулозно нитратни филтери и ПТФЕ филтери
Да ли је потребно понудити мембран филтере стерилне појединачно упаковане или упаковане на траци „пантљичара“ (continuous)?

ОДГОВОР 1:

За партију 6 одговарајуће је понудити:
- За позицију 1 – стерилни филтери, „пантљичара“ (continuous)
- За позицију 2 - не-стерилни филтери, „пантљичара“ (continuous)
- За позицију 3 - стерилни филтери, „пантљичара“ (continuous)

ПИТАЊЕ 2:

Партија 6 – Целулозно нитратни филтери и ПТФЕ филтери
Да ли је потребно понудити мембран филтер ПТФЕ ових карактеристика или ПТФЕ syringe филтер?

ОДГОВОР 2:

Потребно је понудити мембрани филтер за шприц ПТФЕ.

ПИТАЊЕ 3:

Партија 11 – Целулозне екстракционе чауре
Да ли је прихватљиво понудити димензије 34x120мм (пречник x висина)?

ОДГОВОР 3:

Одговарајуће димезије су 33x100мм.

ПИТАЊЕ 4:

Партија 19 – Платинасте езе

Да ли је прихватљиво понудити езе следећих карактеристика:
Made of special stainless steel. Wire Ø 0.6mm. Type: Loop Ø inside 1mm.

ОДГОВОР 4:

Одговарајуће је уколико наведени Ø одговара запремини од 10µl.

Напомена:

У складу са наведеним одговорима извршена је измена конкурсне документације.

