



ИНСТИТУТ ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ СРБИЈЕ

„Др Милан Јовановић Батут“
Др Суботића бр. 5, 11000 Београд, Србија
<http://www.batut.org.rs>

Телефон централа: 011-2684- 566
Број рачуна: 840-624661-88

Факс: 011-2685-735
Матични број: 07036027

Електронска пошта:info@batut.org.rs
ПИБ: 102000930

На основу члана 63. Закона о јавним набавкама (Сл. гласник РС 124/2012, 14/2015 и 68/2015 у даљем тексту: Закон) достављамо вам одговоре на постављена питања у поступку јавне набавке JHMB 5Д/2017 Набавка лабораторијског стакла, за потребе Центра за хигијену и хуману екологију и Центра за микробиологију Института за јавно здравље Србије „Др Милан Јовановић Батут“

04 SEP 2017

Бр. 4086 | 2-1

Питање бр.1.

У партији 2. захтевате ставку 1. ерленмајер 1000 ml. Да ли је одговарајући ерленмајер висине 215 mm.

Одговор бр.1.

Да, одговарајући је и ерленмајер висине 215 mm.

Питање бр.2.

У партији 2. захтевате ставку 2. ерленмајер 500 ml. Да ли је одговарајући ерленмајер висине 170 mm.

Одговор бр.2.

Да, одговарајући је и ерленмајер висине 170 mm.

Питање бр.3.

У партији 2. захтевате ставку 3. ерленмајер 2000 ml. Да ли је одговарајући ерленмајер висине 280 mm.

Одговор бр.3.

Да, одговарајући је и ерленмајер висине 280 mm.

Питање бр.4.

У партији 2. захтевате ставку 6. ерленмајер 250 ml. Да ли је одговарајући ерленмајер висине 135 mm.

Одговор бр.4.

Да, одговарајући је и ерленмајер висине 135 mm.

Питање бр.5.

У партији 5. захтевате ставку 1. левак 45 mm. Да ли је одговарајуће понудити левак fi 45 mm, дужина цеви 45 mm, пречник цеви 6 mm, код кога производијач не декларише у спецификацији укупну висину левка.

Одговор бр.5.

Да, Наручилац ће прихватити и такву понуду.

Питање бр.6.

У партији 5. захтевате ставку 2. левак 35 mm. Да ли је одговарајуће понудити левак fi 35 mm, дужина цеви 35mm, пречник цеви 6 mm, код кога производијач не декларише у спецификацији укупну висину левка.

Одговор бр.6.

Да, Наручилац ће прихватити и такву понуду.

Питање бр.7.

У партији 7. захтевате ставку 5. пипета градуисана од 20 ml. Да ли је прихватљиво понудити пипету од 20 ml, класе А, са подеоком 0.1 ml и толеранцијом +-0.100ml обзиром да се наведена толеранција 0,007 може једино пронаћи за пипету од 1 ml.

Одговор бр.7.

Може се прихватити понуда са одступањем од +/- 0,1. Наручилац је већ у том делу изменио конкурсну документацију.

Питање бр.8.

У партији 11. наводите да вам је потребан стаклени штапић 5x25mm. Да ли је дошло до техничке грешке? Да ли је одговарајућа дужина штапића 250 mm.

Одговор бр.8.

Наручилац је већ у том делу изменио конкурсну документацију.

Питање бр.9.

U partiji 12 zahtevate menzuru od 200ml. Obzirom da trazenu zapreminu ne pronalazimo kod razlicitih proizvodjaca, da li je odgovarajuce ponuditi menzuru od 250ml?

Одговор бр.9.

Не може се понудити мензура од 250 ml. Тражи се мензура од 200 ml.

Наручилац је већ у том делу делимично изменио конкурсну документацију.

Питање бр.10.

У делу конкурсне документације која се односи на додатне услове за учешће у поступку и њихово доказивање наводите:

6.	Да понуђена добра, испуњавају одговарајуће стандарде квалитета	<ul style="list-style-type: none">• Декларација о конформитету (CE ознака) или Изјава производиоца понуђеног добра у коме изјављује да је медицинско средство које производи усклађено са регулативама Европске уније и да се може стављати у промет и продавати на територији ЕУ• Сертификат контроле квалитета (за добра за која је то прописано)
----	--	--

Молимо вас за појашњење да ли се овај услов односи само на захтеване позиције за које постоји обавеза регистрације у АЛИМС односно само на медицинска средства?

Одговор бр.10.

Да, овај услов се односи само на захтеване позиције у оквиру партија за које постоји обавеза регистрације у АЛИМС, односно само за медицинска средства?



Конкурсна комисија за јавну набавку
ЕНВ 5Д/2017