



ИНСТИТУТ ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ СРБИЈЕ
„Др Милан Јовановић Батут“
Др Суботића бр. 5, 11000 Београд, Србија
<http://www.batut.org.rs>

Телефон централа: 011-2684-566 Факс: 011-2685-735 Електронска пошта: info@batut.org.rs
Број рачуна: 840-624661-88 Матични број: 07036027 ПИБ: 102000930

31 AUG 2017

бр. 4086/1-1

На основу члана 63. Закона о јавним набавкама (Сл. гласник РС 124/2012, 14/2015 и 68/2015 у даљем тексту: Закон) достављамо вам одговоре на постављена питања у поступку јавне набавке ЈНМВ 5Д/2017 Набавка лабораторијског стакла, за потребе Центра за хигијену и хуману екологију и Центра за микробиологију Института за јавно здравље Србије „Др Милан Јовановић Батут“

Питање бр.1.

Обавезни услов тачка 4. захтевате Решење Министарства здравља и решење АЛИМС-а, међутим нису све партије медицинска средства, па Вас молим да напишете за које партије захтевате овај услов.

Одговор бр.1.

Решење Министарства здравља о бављењу прометом медицинским средствима се доставља обавезно у сваком конкретном случају.

Решење АЛИМС-а се доставља за тражено добро (без обзира у којој партији се налази) за које постоји обавеза регистрације у АЛИМС.

Питање бр.2.

Додатни услови, тачка 6. обзиром да је овај услов везан за претходни обавезни услов, тачка 4. молим одговор за које партије је неопходно доставити Декларацију о конформитету и Цертификат контроле квалитета.

Одговор бр.2.

Одговор на ово питање дат је у одговору на претходно питање. Уколико за тражено добро (без обзира у којој партији се налази) постоји обавеза регистрације у АЛИМС потребно је доставити такво решење, уколико не постоји обавеза регистрације није потребно достављати решење АЛИМС-а.

Питање бр.3.

Партија 1, ставка 2. захтеване димензије – да ли мислите на димензију грла? За тражену тиквицу пречник је 22 mm, али висина кратког, уског грла је 50 mm. Да ли се може понудити оваква тиквица равно дно 100 ml.

Одговор бр.3.

То нису димензије грла. Балон мора да има шлиф NS/29/32, равно дно. Наручилац ће ради појашњења допунити конкурсну документацију у овом делу.

Питање бр.4.

Партија 3. ставка 6. – да ли се може понудити тиквица са толеранцијом +/- 0,04 с обзиром да је то стандард?

Одговор бр.4.

У партији 3. ставка 6. тражи се нормални суд.

Не може се понудити нормални суд са толеранцијом +/- 0,04.

Наручилац потражује нормални суд са толеранцијом која мора бити +/- 0,025

Питање бр.5.

Партија 7. ставка 5. пипете градуисане 20 ml, подела 0,1 ml имају одступање +/- 0,10 или +/- 0,20, ви захтевате +/- 0,007. Молим одговор да ли се ова пипета може понудити са одступањем +/- 0,1 или +/- 0,2.

Одговор бр.5.

Може се прихватити понуда са одступањем од +/- 0,1.

Наручилац ће изменити конкурсну документацију у овом делу.

Питање бр.6.

Партија 8. ставка 1. (последња ставка у овој партији – све три ставке су нумерисане 1.) да ли се може понудити епрувета 16 x 160 mm са навојем и ПП чепом који је аутоклавијабилан

Одговор бр.6.

Наручилац ће исправити грешку у штампању и поставиће нову нумерацију.

Не може се понудити ПП чеп, наручилац потражује епрувету са металним чепом.

Питање бр.7.

Партија 10 да ли се може понудити стаклена шоља за упаравање fi 80x45 mm, 90 ml

Одговор бр.7.

Наручилац у овом делу неће мењати конкурсну документацију.

Питање бр.8.

Партија 11. да ли мислите на димензију штапића 5 x 250 mm

Одговор бр.8.

Наручилац ће у овом делу изменити конкурсну документацију.

Питање бр.9.

Партија 12. да ли се може понудити мензура 250 ml (обзиром да захтевате високу форму, то је уже грло а широко грло је ниска форма.

Одговор бр.9.

Не може се понудити мензура од 250 ml. Тражи се мензура од 200 ml.

Наручилац ће изменити конкурсну документацију у том делу – тражи се широко грло (ниска форма).

Питање бр.10.

Партије 14. ставка 1. и партија 15. да ли можете ставку 1. из партије 14. пребацити у партију 15. јер су медицинска средства, а остале три ставке из партије 14. дурхам цевчице нису медицинска средства.

Одговор бр.10.

Наручилац у овом делу неће мењати конкурсну документацију.

Конкурсна комисија за јавну набавку
ЈНМВ 5Д/2017

