



ИНСТИТУТ ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ СРБИЈЕ  
„Др Милан Јовановић Батут“  
Др Суботића 5, 11000 Београд, Србија  
<http://www.batut.org.rs>

Телефон централа: 2684-566  
Број рачуна: 840-624661-88

Факс: 2685-735  
Матични број: 07036027

Електронска пошта: [info@batut.org.rs](mailto:info@batut.org.rs)  
ПИБ: 102000930

У складу са чланом 63. ст.2. Закона о јавним набавкама, на питања понуђача достављена дана **23.3.2015. године, 24.3.2015. године и 25.3.2015. године** везано за појашњење конкурсне документације, Комисија за јавну набавку осталог лабораторијског материјала (наставци за пипете, запушачи, прибор, индикатори), у поступку јавне набавке мале вредности, на годишњем нивоу, ЈНМВ 4Д/2015, дала је следеће одговоре:

67.2052/1-4  
25 MAR 2015

**ПИТАЊЕ 1:**

У Партији 11 за ставке 2 и 3 – Који је фи филтера за шприц и која је величина пора?

**ОДГОВОР 1:**

Величина пора 1 микрометар, а потребан фи је 47мм.

**ПИТАЊЕ 2:**

Молимо вас за додатно појашњење за Партију 11, ставка 2 и 3 – можете ли да нам наведете произвођача, каталогски број и наведете еквивалент. Из наведеног не може тачно да се утврди који филтери су у питању.

**ОДГОВОР 2:**

Са датим техничким карактеристикама није неопходно наводити каталогски број.

**ПИТАЊЕ 3:**

Молимо вас да нам појасните следеће – да ли је прихватљиво да се изводи из каталога производа, сертификати квалитета и техничке карактеристике производа као међународно признати документи, у извornom облику на енглеском језику, доставе уз понуду као такви?

**ОДГОВОР 3:**

Наручиоцу је прихватљиво да се изводи из каталога производа, сертификати квалитета и техничке карактеристике производа као међународно признати документи, доставе у извornom облику на енглеском језику.

**ПИТАЊЕ 4:**

Молимо вас да нам одговорите за Партију 13, порцеланске шоље за жарење – да ли је одговарајуће понудити шоље уместо фи 120 да понудимо 126 и уместо фи 150 да понудимо фи 151?

**ОДГОВОР 4:**

Да, прихватљиво је обзиром да је разлика скоро занемарљива (1мм и 6мм).

**ПИТАЊЕ 5:**

У Партији 7, ставка 6 – кирета (микроскопска кашика), молимо да нам појасните шта је „double ended spoon“. Молим вас за прецизнији опис ове ставке.

**ОДГОВОР 5:**

Код наведене ставке грешком је у техничким спецификацијама уписано „један крај закривљен, један прав“. Ради се о кирети без закривљености, са кашичицама величине 6x7мм.

Наручилац је дао опис према сазнањима којима је располагао, у прилогу одговора доставља понуђачима фотографију тражене ставке како би боље припремили своју понуду.

Дана 25.3.2015.године



