



ИНСТИТУТ ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ СРБИЈЕ

„Др Милан Јовановић Батут”

Др Суботића 5, 11000 Београд

<http://www.batut.org.rs>

Телефон централа: 011-2684-566

Факс: 011-2685-735

Електронска пошта: info@batut.org.rs

Број рачуна: 840-624661-88

Матични број: 07036027

ПИБ: 102000930

12 DEC 2016

бр. 5505/1-1, 5505/1-2

Сходно члану 63. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“ бр. 124/12, 45/15 и 68/15 у даљем тексту: Закон) достављамо одговоре на постављена питања у поступку јавне набавке мале вредности добара - 21Д/2016 “Лабораторијске хемикалије и лабораторијски регенси“ за потребе Центра за хигијену и хуману екологију и Центра за микробиологију, Наручиоца Института за јавно здравље Србије «Др Милан Јовановић Батут» .

Питање 1:

Молимо да извршите измену конкурсне документације у партији бр. 7, односно да ставку бр. 1 - Борна киселина одвојите као засебну партију, пошто не припада сродној групи производа у тој партији, као и ради обезбеђивања конкуренције.

Одговор 1:

Наручилац ће извршити измену конкурсне документације у складу са претходно наведеним. Све измене ће бити обележене жутом бојом.

Питање 2:

У партији 11, захтевате ставку 8, ацетонитрил. Да ли је одговарајуће понудити квалитет HPLC-MS? Уколико није молим вас дефинишите који квалитет је одговарајући пошто у тендерској документацији наводите за анализу трагова и MS чистоћа.

Одговор 2:

Наручилац ће прихватити као одговарајуће и понуђени квалитет HPLC-MS.

Питање 3:

У партији 14, захтевате ставку 2, калијум натријум тартарат. Да ли је одговарајуће понудити једно паковање од 200 г?

Одговор 3:

Наручилац остаје при свему захтеваном конкурсном документацијом.

Питање 4:

У партији 14, захтевате ставку 4, натријум нитрит. Да ли је одговарајуће понудити једно паковање од 200 г?

Одговор 4:

Наручилац остаје при свему захтеваном конкурсном документацијом.

Питање 5:

У партији 14, захтевате ставку 5, калијум јодид. Да ли је одговарајуће понудити једно паковање од 250 г обзиром да је приступачније од траженог?

Одговор 5:

Наручилац остаје при свему захтеваном конкурсном документацијом.

Питање 6:

У партији 14, захтевате ставку 8, бром. Да ли је могуће понудити једно паковање од 50 г?

Одговор 6:

Наручилац остаје при свему захтеваном конкурсном документацијом.

Питање 7:

У партији 14, захтевате ставку 14, јод-монобромид. Да ли је одговарајуће понудити хемикалију чистоће 98% обзиром да квалитет *ра* не проналазимо код различитих произвођача? Уколико није, молим вас да наведете одговарајући каталошки број и произвођача.

Одговор 7:

Наручилац ће прихватити као одговарајуће и понуђену хемикалију чистоће 98%.

Питање 8:

У партији 15, захтевате ставке 12 и 15, стандардне растворе сребро нитрата и натријум тиосулфата. Да ли је одговарајуће понудити раствор без ознаке *ра*, обзиром да се стандардни раствори не декларишу као *ра* хемикалије?

Одговор 8:

Наручилац ће прихватити као одговарајуће и понуђене наведене стандардне растворе без ознаке *ра*.

Питање 9:

У партији 15, захтевате ставку 18, јод 1 М. Да ли је дошло до грешке, да ли је одговарајуће понудити хемикалију концентрације 1N, обзиром да због растворљивости није могуће припремити раствор 1M?

Одговор 9:

Наручилац ће извршити измену конкурсне документације у складу са претходно наведеним. Све измене ће бити обележене жутом бојом.

Комисија за јавну набавку
ЈНМВ 21Д/2016

