



ИНСТИТУТ ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ СРБИЈЕ
„Др Милан Јовановић Батут”
Др Суботића 5, 11000 Београд
<http://www.batut.org.rs>

Телефон централа: 011-2684-566

Факс: 011-2685-735

Електронска пошта: info@batut.org.rs

Број рачуна: 840-624661-88

Матични број: 07036027

ПИБ: 102000930

Бр. 1317/1-1
4 MAR 2017

Сходно члану 63. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“ бр. 124/12, 45/15 и 68/15 у даљем тексту: Закон) достављамо одговоре на постављена питања у поступку јавне набавке мале вредности добара - 1Д/2017 Медицински и лабораторијски потрошни материјал, на годишњем нивоу, за потребе Наручиоца Института за јавно здравље Србије „Др Милан Јовановић Батут“.

ПИТАЊЕ 1:

Партија 6 – Целулозно нитратни филтери и ПТФЕ филтери, ставка бр. 1

Молим Вас да прецизирате, да ли су Вам потребни филтери на траци или појединачни, пошто Sartorius нема мембране које су нестерилне а да су на траци?

ОДГОВОР 1:

Наручилац је јасно назначио да су му потребни стерилни мембрански филтери, паковани у траци, не појединачни, с обзиром да поседује дозер који олакшава отварање и манипулацију.

ПИТАЊЕ 2:

Партија 10 – Стаклени филтери, ставка бр. 1

Да ли је прихватљиво понудити стаклени микрофибер филтер величине пора 1,2 μ m или 1,6 μ m?

ОДГОВОР 2:

Наручилац ће прихватити и понуђени стаклени микрофибер филтер величине пора 1,6 μ m.

ПИТАЊЕ 3:

Партија 10 – Стаклени филтери, ставка бр. 2

Да ли је прихватљиво понудити стаклени микрофибер филтер величине пора 0,7 μ m?

ОДГОВОР 3:

Наручилац неће прихватити горе наведени филтер, величина пора одговарајућег филтера мора бити 0,45 μ m.



Комисија за јавну набавку

Морис