



ИНСТИТУТ ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ СРБИЈЕ  
„Др Милан Јовановић Батут“  
Др Суботића 5, 11000 Београд  
<http://www.batut.org.rs>

Телефон центра: 011-2684-566  
Број рачуна: 840-624661-88

Факс: 011-2685-735  
Матични број: 07036027

Електронска пошта: [info@batut.org.rs](mailto:info@batut.org.rs)  
ПИБ: 102000930

Сходно члану 63. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“ бр. 124/12, 45/15 и 68/15 у даљем тексту: Закон) достављамо одговоре на постављена питања у отвореном поступку јавне набавке добара - **1Д/17 Материјал за лабораторијске тестове, на годишњем нивоу, за потребе Наручиоца Института за јавно здравље Србије „Др Милан Јовановић Батут“**.

12 MAY 2017  
бр. 2021/1-2

#### ПИТАЊЕ 1:

Обраћамо Вам се сходно Вашој актуелној набавци Ј/Н 1Д/17-Материјал за лабораторијске тестове за потребе службе микробиологије, а у вези партије **Партија 6 : Тест за одређивање терапијског ефекта у лечењу сифилиса**, са питањем:

- У наведеној спецификацији наведено је да ВДРЛ тест треба да поседује „Пуфер за растварање ВДРЛ кардиолипинског антигена: раствор НаЦл конзервисан формалдехидом -1 бочица“, како за се ради о растварачу који је неопходан у саставу само ВДРЛ теста који од стране произвођача већ није припремљен за употребу, молимо вас да нам одговорите
- да ли је могуће понудити ВДРЛ тест чија специфичност и сензитивност 100% а који у свом саставу нема наведени растварач?

Како је за квантитивну методу овог теста није потребан наведени пуфер а за семиквантитивну технику оваг тест неопходан раствор - обичан физиолошки који поседује свака лабораторија, молимо вас да омогућите равноправно учешће за ову партију већем броју понђача и наведени пуфер а који у саставу теста поседује само један понуђац не сматрате као обавеза део спецификације за наведени тест.

#### ОДГОВОР 1:

У Партији 6: Тест за одређивање терапијског ефекта у лечењу сифилиса, јавна набавка ЈН 1Д/17-Материјал за лабораторијске тестове за потребе службе микробиологије, техничке карактеристике се односе на набавку ВДРЛ теста и засноване су на познавању светских водича за дијагностику сифилиса, као и богатом искуству *Референтне лабораторије за сифилис, лептостирозу и лајмску борелиозу* у раду са тестовима за праћење ефекта терапије сифилиса.

Присуство конзерванса формалдехида у 0,05% у НаЦл (толерише се до 1 % у реагенсима различитог састава), за ВДРЛ тест је неопходно, јер је то конзерванс који има бактерицидно и фунгицидно дејство, што уједно гарантује стабилност ВДРЛ антигенске суспензије, а самим тим утиче на висок квалитет резултата.

Стога, нисмо у могућности да вам изађемо у сусрет и променимо техничке карактеристике у конкурсној документацији.

