



ИНСТИТУТ ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ СРБИЈЕ  
„Др Милан Јовановић Батут”  
Др Суботића 5, 11000 Београд, Србија  
<http://www.batut.org.rs>

Телефон централа: 2684-566

Факс: 2685-735

Електронска пошта: [info@batut.org.rs](mailto:info@batut.org.rs)

Број рачуна: 840-624661-88

Матични број: 07036027

ПИБ: 102000930

14 JAN 2016

бр. 109/1

У складу са чланом 63. ст.2. Закона о јавним набавкама, на питања понуђача достављена дана **13.1.2016. године**, везано за појашњење конкурсне документације, Комисија за јавну набавку медицинског и лабораторијског потрошног материјала ЈНМВ 23Д/2015, дала је следеће одговоре:

**ПИТАЊЕ 1:**

Молим вас да нам одговорите да ли за Партију 3: Syringe филтер, одговарају шприц филтери следећих техничких карактеристика: 0.20  $\mu\text{m}$ ,  $\varnothing$  15мм, најлонски нестерилни.

**ОДГОВОР 1:**

Наручиоцу одговарају шприц филтери 0.20  $\mu\text{m}$ ,  $\varnothing$  13-20 мм. За лабораторију Наручиоца није од значаја да ли су филтери стерилни или нестерилни.

Дана 14.1.2016. године

КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ 23Д/2015



Светлана Лабус, председник