



Сходно члану 63. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“ бр. 124/12, 45/15 и 68/15 у даљем тексту: Закон) достављамо одговор на постављено питање у поступку јавне набавке мале вредности добра, редни бр. 24Д/2016 Лабораторијске подлоге и додаци за подлоге, на годишњем нивоу, за потребе Института за јавно здравље Србије „Др Милан Јовановић Батут“

6р. 999/1-1  
28 FEB 2017

**ПИТАЊЕ:**

1. У **Партији бр. 2, под тачком 1 – Бактериолошки агар** у техничким карактеристикама захтева се висока чистоћа: пепео испод 3 % и низак садржај катјона Ca и Mg, а у нашој Спецификацији за АГАР не налазе се тражени подаци, молимо Вас да нам одговорите да ли би прихватили нашу понуду за ову ставку с квалитетом који је приказан у Спецификацији и Сертификату контроле који се налази у прилогу?
2. У **Партији бр. 2, под тачком 3 – Бактериолошки пептон** неутрална варијанта – У нашој Спецификацији за Пептон - 4 нема података за укупан азот и амино азат. У прилогу се налази наш сертификат контроле за Пептон – 4. Наше питање је: да ли би прихватили нашу понуду за овај производ с квалитетом који је приказан у Спецификацији и Сертификату контроле квалитета?
3. У **Партији бр. 2, под тачком 4 – Хранљиви агар** – Састав ове подлоге коју би ми понудили није исти као што је у техничким спецификацијама, у нашем саставу не налази се екстракт квасца. Занима нас да ли би могли да понудимо **Подлогу за укупан број бактерија** која у себи има и екстракт квасца али и декстрозу или би прихватили понуду Хранљиви агар? У прилогу се налази Сертификат контроле и Хранљивог агара и Подлоге за укупан број бактерија.
4. У **Партији бр.5 – Mueller-Hinton агар**, у приложеном **Сертификату контроле квалитета** виде се вредности зона инхибиција који одговарају EUCAST стандарду. Да ли би прихватили нашу понуду за ову подлогу ако имамо контролу са 5 ATCC сојева које сте захтевали, а за *Haemophilus influenzae* ATCC 49247, немамо податке.
5. У **Партији бр.11, под тачком 1 – Mac Conkey Agar**. У приложеном Сертификату контроле квалитета, види се да је контрола рађена на АТЦЦ сојевима који нису сви подударни са Вашим захтевом. У прилогу се налази Сертификат контроле квалитета **Mac Conkey Agara**, па Вас молим да нас обавестите да ли би прихватили нашу понуду за овај производ с квалитетом који је приказан у Сертификату контроле квалитета.

6. У Партији бр.11, под тачком 2 – Trostruki šećer - У приложеном Сертификату контроле квалитета, види се да је контрола рађена на АТЦЦ сојевима који нису сви подударни са Вашим захтевом. У прилогу се налази Сертификат контроле квалитета па Вас молим да нас обавестите да ли би прихватили нашу понуду за овај производ с квалитетом који је приказан у Сертификату контроле квалитета.

7. У Партији бр.15, под тачком 1 – Hranljivi želatin – У Спецификацији ове подлоге види се да је састав подлоге коју би Вам понудили другачије приказан него у техничким карактеристикама које Ви захтевате. Дали би прихватили нашу понуду за Хранљиви желатин следећег састава:

Хранљиви бујон - - - 20 g/l ( Пептон - 15 g/l; Месни екстракт - 3 g/l, NaCl - 5 g/l; KH<sub>2</sub>PO<sub>4</sub> – 03g/l)  
Желатин - - - - - 120 g/l

Сматрамо да на овај начин онемогућавате конкурентност при учествовању у овој јавној набавци па Вас молимо да нам образложите сваки Ваш одговор.

8. У оквиру Партије 4 – ОПШТЕ ПОДЛОГЕ, под тачкама 7 - налази се подлога **Brain Heart Infusion Agar**, која није у нашем асортиману.

Молимо да извршите измену конкурсне документације тако да из партије 4 – ОПШТЕ ПОДЛОГЕ изузмете ставку под редним бројем 7 - у посебну под-партију и тиме омогућите да учествује већи број понуђача у овој јавној набавци.

Прилог: Сертификат контроле квалитета за:

1. AGAR + SPC
2. Pepton – 4 + SPC
3. Hranljivi agar + SPC
4. Podloga za ukupan broj bakterija + SPC
5. Mueller-Hinton agar
6. MacConkey-ev agar
7. Trostruki šećer

#### ОДГОВОР:

**На питање 1,2,3.** Увидом у достављене сертификате о контроли квалитета потенцијалног понуђача, Наручилац сматра да понуђене ставке из партије 2 (тачка 1,3,4), не одговарају траженом и очекиваном квалитету наведених *in vitro* дијагностикума.

**На питање 4,5,6.** Увидом у достављене сертификате о контроли квалитета потенцијалног понуђача, Наручилац сматра да је неопходно да свака тражена подлога поседује сертификат контроле квалитета који садржи резултате испитивања микробиолошке контроле на све тражене АТЦЦ сојеве и захтеване бактеријске врсте, како је наведено у конкурсној документацији.

**На питање 7.** Наручилац ће прихватити понуђени састав подлоге.

**На питање 8.** Наручилац остаје при захтеву и условима из конкурсне документације.



Комисија за јавну набавку

*Milivojević*

JNMB 23/1/2016 Лабораторијска пластика за потребе  
Националног института за јавно здравље Србије  
„Др Милан Јовановић Батут“